

# 广东光华化学厂有限公司



## 检验报告

No. : 201314860

品 名	六水合氯化锶	检验依据	Q/GHKJ 167-2011
分子式	SrCl <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O	取样日期	2010-05-17
分子量	266.62	报告日期	2010-05-18
规 格	分析纯	数 量	
批 号	20100518	来 源	
检 验 科 目	标 准 规 定		检 验 结 果
	分 析 纯	化 学 纯	
含量(SrCl <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O)	≥99.5%	≥99.0%	99.6%
pH值(50g/L, 25℃)	4.5~6.5	4.5~6.5	合格
澄清度试验, 号	≤4	≤5	<4
水不溶物	≤0.003%	≤0.005%	<0.003%
硝酸盐(NO <sub>3</sub> )	合格	--	合格
钠(Na)	≤0.01%	≤0.05%	<0.01%
镁(Mg)	≤0.0005%	≤0.001%	<0.0005%
钾(K)	≤0.005%	≤0.01%	<0.005%
钙(Ca)	≤0.03%	≤0.05%	<0.03%
铁(Fe)	≤0.0001%	≤0.0005%	<0.0001%
钡(Ba)	≤0.02%	≤0.1%	<0.02%
重金属(以Pb计)	≤0.02%	≤0.001%	<0.02%
结 论	本品按 Q/GHKJ 167-2011 标准检验 结果 符合分析纯规定。		备 注

签发人: 张志斌

复核人: 黄 美

检验人: 郑丽云