



品 名： 50%水合联氨
批 号： 20211029
级 别： 分析纯
检验依据： Q/GHKJ 28-2017
分 子 式： $H_4 N_2 \cdot H_2 O$
分 子 量： 50.06
检验日期： 2021-10-29

检验项目	指标	检验结果
含量($H_4 N_2 \cdot H_2 O$) , %	≥ 50.0	50.5
外观	合格	合格
灼烧残渣(以硫酸盐计) , %	≤ 0.005	< 0.005
氯化物(Cl) , %	≤ 0.002	< 0.002
硫酸盐(SO_4) , %	≤ 0.001	< 0.001
铁(Fe) , %	≤ 0.0001	< 0.0001
重金属(以Pb计) , %	≤ 0.0005	< 0.0005
以下空白		

结论： 本品按 Q/GHKJ 28-2017 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 徐佳璇