



品名： 六次甲基四胺
批号： 20211120
级别： 分析纯
检验依据： GB/T 1400-2014
分子式： $C_6H_{12}N_4$
分子量： 140.19
检验日期： 2021-11-20

检验项目	指标	检验结果
含量($C_6H_{12}N_4$)，%	≥ 99.0	99.4
pH值(100g/L;25℃)	8.5~9.5	合格
澄清度试验，号	≤ 2	<2
水不溶物，%	≤ 0.002	<0.002
灼烧残渣(以硫酸盐计)，%	≤ 0.01	<0.01
水分(H_2O)，%	≤ 0.3	<0.3
氯化物(Cl)，%	≤ 0.001	<0.001
硫酸盐(SO_4)，%	≤ 0.001	<0.001
铵(NH_4)，%	≤ 0.001	<0.001
铁(Fe)，%	≤ 0.001	<0.001
重金属(以Pb计)，%	≤ 0.0005	<0.0005
以下空白		

结论： 本品按 GB/T 1400-2014 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 詹碧珠